

医用氧气体技术规范书

矿山救护中队：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李奇' (Li Qi), written in a cursive style.

医用氧气技术规范书

✓
2024.10.19

一、供货范围：

需求单位	规格型号	需求数量	
华昱矿山救护中队	40L/瓶	450 瓶	

二、使用环境：

抢险救援装备使用。

三、执行标准：

符合国家药典标准的医用氧气。

四、技术要求：

纯度 99.5%. 压力 $\geq 10\text{Mpa}$

规格：40L 一瓶

五、氧气瓶存放：

充填的氧气瓶需采取防晒、防锈、防腐蚀、防震动及其它防止损坏的必要保护措施对氧气瓶进行妥善包装，有效保护氧气瓶能够经受搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

六、质量保证和服务方式：

1. 质量保证

氧气瓶充填的压力必须符合国家标准，充填时需使用专业的氧气充填设备进行充填，保证气体的纯度和质量等级，确保氧气瓶不漏气、不跑气。质量保证期应为 12 个月，时间从充填日期算起。在质保期内，质量出现的问题，由供货方在规定时间内无条件负责调换、补充。氧气充填后供货方需提供氧气产品合格证，并粘贴在氧气瓶上。合格证应注明氧气纯度、氧气压力、充装时间、充装厂家等必要的参数。

2. 服务及结算方式

合同期预计为一年，一季度结算一次气款。具体充装量以每次充装后双方验收签字单据为准，双方确定充装量后，供货商及时开具增值税专用发票，由矿山救护中队起结算单进行结算。

七、供货方式及供货要求：

1. 供货方式

需求方在需要充填氧气时自行将氧气瓶送至供货方指定的厂区内，供货方在

收到氧气瓶时及时安排人员进行氧气充填，充填时间不超过 8 小时，充填完毕后由需求方验收合格，并签字确认后自行将氧气瓶拉回。

2. 供货要求

供货方需保证所充填的氧气必须达到技术要求，气瓶不得与其他单位气瓶串换，否则承担由此产生的一切后果。

3、属地选择

为加强车辆运输期间的安全管理，原则上供货商以山阴、怀仁、朔州为主。