

压力表检测要求

一、检测要求:

1、检测单位应依据检测标准，制定包括检测程序、检测项目、检测方法、检测记录等在内的检测方案，用于指导具体的检测工作。检测程序至少包括检测前准备、现场检测、检测结果汇总、结论判定和出具检测报告等。

2、检测单位应该严格按照核准的范围从事压力表的检测工作。

3、检测单位应该严格按照批准的资质认可范围从事检测工作，检测人员应该取得相应的证书。

4、检测机构自行下载检测标准，查看具体检测项目及要求，科学、公正地开展工作的。

5、检测工作完成后，10个工作日内向使用单位出具检测报告2套。

6、每次检测数量以矿方通知为准，检测方负责相关费用。

二、检测明细:

序号	名称	单位	数量	检测周期	检测标准	备注
1、	压力表检测	个	200个	半年一次	JJG 52-2013《弹性原件式一般压力表、压力真空表和真空表检定》	每次检测100块，共200块

中煤河南新能开发有限公司

2023年12月18日

