

微机水分测定仪维修技术要求

一、型号及厂家

微机水分测定仪型号：SJSFY-5000

厂家：鹤壁三杰有限公司

二、执行标准

GB/T211-2017 煤中全水分的测定方法

三、故障说明：

水分测定仪在使用过程中天平读数失败，经与厂家沟通天平杆出现问题，水分盘出现移位。以现场实际维修为准。

四、维修要求：

- 1、更换天平杆
- 2、天平杆在维修后要求达到稳定状态，不能碰水分盘壁，且能稳定运行1年。
- 3、经中标商维修后，必须保证产品各项参数合格，达到原厂出厂标准，符合国家标准规定，满足工作需要。维修配件为原厂配件。
- 4、维修后质保期为1年，质保期内发生同样故障，由中标商承担维修的一切费用。
- 5、如果返厂维修，所产生的所有费用由中标商承担。
- 6、单次维修后，一年之内出现任何问题，中标商负责维修。

中煤新登郑州煤业有限公司



张洪恩

姜志祥